



湖南省中西医结合医院
HUNAN HOSPITAL OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE
湖南省中医药研究院附属医院
HUNAN ACADEMY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AFFILIATED HOSPITAL

湖南省中西医结合医院
(湖南省中医药研究院附属医院)

层流病床采购

招标文件

招标编号：ZTBB202459

2024年7月



目录

第一部分 招标书

第二部分 投标方须知

第三部分 采购内容及技术要求

第四部分 商务要求



第一部分 招标书

我院因业务发展需要，拟购置层流病床一批，现对该设备组织招标，诚邀各公司前来参与竞标。

1. 招标编号：ZTBB202459
2. 采购内容：层流病床 10 张
3. 招标内容：在满足本次招标所需产品要求资质的基础上，对产品的技术和商务内容进行谈判。
4. 投标商资格：
 - (1) 投标商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
 - (2) 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得营业执照，具有从事本项目的经营范围和能力；
 - (3) 投标商必须具备所投设备的经营资格；
 - (4) 投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (5) 本项目不允许联合体投标；
 - (6) 法律、法规规定的其他条件；
 - (7) 要求投标商提供针对本次招标产品的专项授权书及售后服务承诺函；
5. 开标时间：另行通知；
6. 开标地点：湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)综合办公楼四楼 411 会议室。



第二部分 投标方须知

一、投标要求

1、合格的投标人和合格的货物

投标人必须具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉及履行合同的能力和良好的履行合同记录，资金状况良好的，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，具有与投标产品相应经营资质的公司，均为合格的投标人。凡经中华人民共和国政府有关部门批准注册生产或在国内注册准销的，符合本次采购技术要求的产品，均为合格的货物。

2、资质文件要求：

- ①投标单位营业执照
- ②投标单位法人身份证复印件（如投标人不是投标单位的法定代表人，须提供法人身份证复印件及法人代表授权书、授权人身份证复印件）
- ③近三年以来销售类似产品的业绩（附合同或中标通知书）
- ④制造厂家营业执照
- ⑤具有国家药监局颁发的单人无菌室医疗器械注册证和医疗器械生产许可证；
- ⑥制造厂家对投标单位的唯一授权书

请提供上述文件加盖公章的复印件。以上均为投标单位的必备文件，若投标单位未提供或不符合要求，经评委会同意可按无效投标处理。

3、投标文件的编制和递交：

(1) 投标格式（采用 A4 纸装订成册，目录、序号和页码由投标单位自行编列）：

- ①开标一览表；
- ②投标单位概况；
- ③招标文件要求提交的资质文件要求；
- ④项目偏离表；
- ⑤投标文件响应；
- ⑥售后及相关承诺；

(2) 投标货币：人民币。

(3) 投标书的递交：投标人应准备投标文件正本 1 份，副本 4 份，并各自装订成册，密封于信封内，封口处加盖公章或由投标人签字。价格表正本一份，用信封单独密封一同报送，封口处加盖公

章或由投标人签字。

(4) 投标文件应于通知开标当天送达湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）开标现场。

4、投标报价：

- (1) 项目限价 40 万元人民币以下；
- (2) 招标后所确定的供货内容和成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。
- (3) 本次评标为综合评标法。

5、招标文件的澄清、修改：

- (1) 在招标的任何时候，无论出于何种原因，湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）有权对招标文件进行修改。修改内容将以书面形式通知所有参与投标人，并作为原文件的补充，与其具有同等法律效力。
- (2) 招标文件的解释权归湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）。

6、纪律与保密

- (1) 参与评标的人员应严守有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关主管部门的审计和监督。
- (2) 投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
- (3) 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。
- (4) 投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。
- (5) 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密、干扰评标和授标工作。
- (6) 投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

二、评委会职能：

- (1) 根据招标文件的要求，决定进入投标单位的名单；
- (2) 根据招标文件的要求，决定招标具体内容；
- (3) 有权对采购内容、技术要求和招标办法进行解释，有权决定处理招标过程中出现的其它相关问题。

三、招标程序：

招标的全过程为院方大致讲解内容要求、最终报价、阅读审查投标文件、评委评标几个阶段进行。

- (1) 投标报价：将各投标单位的投标文件中产品名称、单价、数量、总价、交货期、保质期、维修响应时间等内容均详细记录在册。



(2) 评审：开标后，评委会通过阅读投标文件，进行具体的技术性、商务性审核。

A. 符合性审查：对投标单位的资质，投标文件的内容进行商务和技术符合性的审查。投标文件中的数据大、小写不符，以大写为准；单价与总价不符，以单价为准。

B. 技术评审内容：产品的技术指标、主要配置及伴随服务等。

C. 商务评审内容：报价数据计算的正确性、完整性，分析报价构成的合理性，交货期，付款方式等。

四、定标：

定标程序：根据评委会的评审结果，由评委会定确定中标候选单位。由湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）对中标候选单位进行不少于三天的网上公示前三名排序。

五、买卖合同：

湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）与中标公司洽谈合同条款，签订买卖合同。招投标文件是签订买卖合同的依据。

第三部分 采购内容及技术要求

一、采购内容：层流病床十张



二、技术参数要求:

- 1、高度可根据门框净高和对内部空间的需求进行现场调节，装有静音脚轮可在病房内外随意移动，尺寸可定制；
- 2、控制方式：4.3 英寸智能电脑全触控液晶屏开关（带遥控），电源开关、杀菌、照明、风机高中低三档触控遥控可调；
- 3、除菌效果：沉降菌 ≤ 1 个 CFU/平皿；
- 4、▲空气洁净度预判断：控制系统自带激光传感六通道空气质量监测仪，可实时显示粒径在 0.5、2.5 μm 的尘埃数量并实时预判断罩内洁净度（百、千、万）等级；
- 5、空气净化消毒等级：ISO5 级，即百级（提供权威机构检测报告）；
- 6、噪音： $\leq 46\text{dB}$ ；
- 7、▲显示方式：内置传感器可精确显示罩内温度范围：1-100 $^{\circ}\text{C}$ 、湿度范围：0-100%、空气污染（优、良、差）等级、紫外线灯和过滤系统累计工作时间及寿命剩余显示、一键开机智能更换合理档位；预留无线接口功能；
- 8、▲过滤吸附装置：整块无拼接大尺寸 H14 高效过滤器、框式中效、袋式中效过滤器、磁性光触媒便携式尼龙网可插拔初效过滤器、活性炭包、洁净区维持正压，无洁净死角，四级过滤保证空气洁净度；
- 9、双照明和杀菌：配有患者线控 LED 阅读灯、护理人员室外触摸控制的护理专用 LED 灯：照度 $\geq 300\text{LX}$ 、配有紫外线杀菌灯，可对罩内实时物表消毒，紫外线 1 小时强制关闭设计，紫外线灯与照明灯安全互锁功能，防止紫外线灯误开伤人；
- 10、灭菌率： $>99.99\%$ ；（提供权威机构检测报告）；
- 11、紫外线泄漏量： $<1 \mu\text{w}/\text{cm}^2$ ；（提供权威机构检测报告）；
- 12、臭氧泄漏量： $<0.003\text{mg}/\text{m}^3$ ；（提供权威机构检测报告）；
- 13、备用应急开关：在主控制面板发生故障时可启动应急开关，不耽误患者和临床使用；
- 14、更多人性化的临床装备：双轨道双围帘设计，高透明内帘即能保护洁净空气的稳定性又能满足光线和视觉的通透效果；易清洗外围帘既能遮光又能遮挡视线，保护患者隐私。长围帘与导轨之间的间隔配备短围帘，多孔 USB 充电口，方便患者充电使用；
- 15、随货常用耗材：高透明围帘二套；一次性围帘一套；遮光外围帘一套；初效过滤网两套。



第四部分 商务要求

1、**交货地点：**湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）

2、**交货期：**30 天内到货并安装调试完毕，每延迟交货一周罚款合同价 2%，以此类推。（具体条款以合同商务条款为准。）

3、**报价要求：**

(1) 投标应对层流病床报单价及总价（有配套耗材需耗材报价），人民币报价。

(2) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件要求的内容，否则评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价。

(3) 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4、**技术资料：**

投标商须提供整机商检证、报关单，所投产品的样本(或彩页)、质量检验报告等技术资料。

5、**货款支付：**

产品验收合格后依据发票，一月内向中标方支付 95%货款，质保期内无质量问题，余款 5%在质保期结束后支付。

6、**运输：**

(1) 运杂费：已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到合同指定交货地点所需的全部运输、保险、仓储、搬运等费用。

(2) 运输方式：投标单位自定。

7、**质量保证及售后服务要求：**

(1) 免费维保 3 年，初级滤芯 5 年内免费更换。质保期内的相关费用（含造成院方或使用者损失的），全部由卖方支付。并免费提供后续维护调试服务；

(2) 设备空气质量检测 2 次/年，免费移机；

(3) 选用的产品及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常、全面满足招标要求；

(4) 供货厂商应在国内及长沙本地有常设售后服务机构及售后工程师，提供相关证明文件，在接到用户对产品进行维修保养或更换的通知后，保证 4 小时内响应，12 小时之内到达用户现场；工作日 8 小时免费客服电话服务。

(5) 在中国境内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期；

8、**技术服务：**

技术资料:

- a) 产品合格证
- b) 检验测试报告
- c) 其他资料

9、验收:

(1) 产品到货并使用四周后, 由湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)相关部门根据合同要求对其外观、数量及使用情况进行验收。

(2) 验收合格后, 填写采购产品验收单, 以便结算。

(3) 验收依据:

- a) 合同文本及附件。
- b) 产品清单、参数、数量、使用情况。
- c) 验收完成结果为满意, 方可确认为验收合格。

10、评分标准

本次评标采用综合评分法, 满分 100 分, 评审指标设置为报价、商务、技术三大部份。其中报价部分 50%, 商务部分 20%, 技术部分 30 %。具体评分标准如下:

评分事项	评分项目	评分内容	分值
价格部分 (50分)	价格得分 (50分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分, 其他有效投标人的价格分按照下列公式计算: 投标报价得分= (评标基准价 / 投标报价) × 50	50
技术条款 (30分)	技术参数 (25分)	投标人提供产品的技术证明文件(产品彩页或技术白皮书或注册检验报告等产品生产企业公开发布资料, 如有不一致的以注册检验报告为准)。评标委员会根据医院提供的参数要求进行评分, 非主要参数一项不符合扣 2 分, ▲重要参数一项不符合扣 5 分, 扣完为止, 大于 5 项参数不符合的投标将被否决。 属于 II 类或 III 类医疗器械的, 其注册检验报告须提供完整清晰版本, 未按要求提供的视为无效投标; 响应文件与证明材料不符的以证明材料为准。	25
	设备性能 (5分)	投标人提供投标产品配置的合理性、技术成熟度、设备运行稳定性、安全可靠、产品选型配置完善性进行介绍, 评审	5

		委员会综合评估设备的性能及先进性、质量可靠性、其功能与配置的合理性，评分 0-5 分。	
商务部分 (20 分)	同类业绩 (6 分)	投标人提供 2021 年 1 月 1 日以后所投同型号设备（多个产品以核心产品计分）终端用户供货合同，提供公立医院合同（份）与用户清单与联系方式，以提供清晰的合同复印件或中选通知书复印件为准，每份符合要求的业绩得 2 分。同一家单位的材料不重复计分，每增加一份有效材料增加一次计分。 注：投标文件中需提供相关证明材料复印件（盖双方公章的合同复印件）并加盖投标单位公章，否则不计分。	6
	售后服务 (8 分)	1、投标人提供一套针对本项目有明确描述的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务体系及保修承诺措施；②设备调试与安装；③服务响应时间及方式；④质保期内的维保机制；⑤承诺保修期后的维修方案；⑥提供售后服务点，具备备品备件仓库，配有专职维修工程师，并提供及联系方式；⑦质量承诺书（年份）、设备的 DATA SHEET（或产品检验报告）复印件、彩页资料、提供常用消耗品和零配件优惠价格等资料。满分 5 分，缺漏或不合理每项扣 1 分，扣完为止。 2、原厂售后维保期在采购文件基础上增加一年多得 1 分，最多得 3 分。	8
	商务指标响应程度 (6 分)	完全符合招标文件要求的计 6 分；每负偏离招标文件要求一项或一般性格式错误扣 1 分，扣至 0 分为止。	6

(1) 评审委员会对供应商评分的算数平均值即为该供应商的最终评审得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

(2) 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按响应报价得分由低到高顺序排列；综合得分且响应报价得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列。