



湖南省中西医结合医院  
(湖南省中医药研究院附属医院)

医用全自动电子血压计

招标文件

招标编号：ZTBB202468

2024年10月



# 目录

**第一部分 招标书**

**第二部分 投标方须知**

**第三部分 采购内容及技术要求**

**第四部分 商务要求**



## 第一部分 招标书

湖南省中西医结合医院现对医用全自动电子血压计项目进行招标，诚邀各公司前来参与竞标。

1. 招标编号：ZTBB202468
2. 采购内容：医用全自动电子血压计 6 台；
3. 招标内容：在满足本次招标所需产品要求资质的基础上，对产品的技术和商务内容进行谈判。
4. 投标商资格：
  - (1) 投标商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
  - (2) 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得营业执照，具有从事本项目的经营范围和能力；
  - (3) 投标商必须具备所投项目的经营资格；
  - (4) 投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  - (5) 本项目不允许联合体投标；
  - (6) 法律、法规规定的其他条件；
  - (7) 要求投标商提供针对本次招标产品的专项授权书及售后服务承诺函；
5. 开标时间：另行通知；
6. 开标地点：湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）综合办公楼四楼 404 会议室。



## 第二部分 投标方须知

### 一、投标要求

#### 1、合格的投标人和合格的货物

投标人必须具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉及履行合同的能力和良好的履行合同记录，资金状况良好的，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，具有与投标产品相应经营资质的公司，均为合格的投标人。凡经中华人民共和国政府有关部门批准注册生产或在国内注册准销的，符合本次采购技术要求的产品，均为合格的货物。

#### 2、资质文件要求：

- ①投标单位营业执照及医疗器械经营许可证
- ②投标单位法人身份证复印件（如投标人不是投标单位的法定代表人，须提供法人身份证复印件及法人代表授权书、授权人身份证复印件）
- ③制造厂家营业执照及生产许可证
- ④投标产品的注册证
- ⑤制造厂家对投标单位的唯一授权书
- ⑥近三年以来销售类似产品的业绩（附合同或中标通知书、联系电话）

请提供上述文件加盖公章的复印件。以上均为投标单位的必备文件，若投标单位未提供或不符合要求，经评委会同意可按无效投标处理。

#### 3、投标文件的编制和递交：

(1) 投标格式（采用 A4 纸装订成册，目录、序号和页码由投标单位自行编列）：

- ①开标一览表；
- ②投标单位概况；
- ③招标文件要求提交的资质文件要求；
- ④项目偏离表；
- ⑤投标文件响应；
- ⑥售后及相关承诺；

(2) 投标货币：人民币。

(3) 投标书的递交：投标人应准备投标文件正本 1 份，副本 1 份，并各自装订成册，密封于信封内，封口处加盖公章或由投标人签字。价格表正本一份，用信封单独密封一同报送，封口处加盖公

章或由投标人签字。

(4) 投标文件应于通知开标当天送达湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）开标现场。

#### 4、投标报价：

(1) 项目限价 13.2 万元人民币。

(2) 投标价格为包干价：包括了产品的销售价、仓储费、装卸运输费、保险费、利润、税收及各项政策性费用和谈判文件中规定由投标人承担的费用以及投标人可能遇到的为化解风险而付出的费用等；

(3) 招标后所确定的供货内容和成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

(4) 确保医疗安全、医疗质量情况下，低价中标。

#### 5、招标文件的澄清、修改：

(1) 在招标的任何时候，无论出于何种原因，湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）有权对招标文件进行修改。修改内容将以书面形式通知所有参与投标人，并作为原文件的补充，与其具有同等法律效力。

(2) 招标文件的解释权归湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）。

#### 6、纪律与保密

(1) 参与评标的人员应严守有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关主管部门的审计和监督。

(2) 投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

(3) 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

(4) 投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。

(5) 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密、干扰评标和授标工作。

(6) 投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

#### 二、评委会职能：

(1) 根据招标文件的要求，决定进入投标单位的名单；

(2) 根据招标文件的要求，决定招标具体内容；

(3) 有权对采购内容、技术要求和招标办法进行解释，有权决定处理招标过程中出现的其它相关问题。

#### 三、招标程序：

招标的全过程为院方大致讲解内容要求、最终报价、阅读审查投标文件、评委评标几个阶段进

行。

(1) 投标报价：将各投标单位的投标文件中产品名称、单价、数量、总价、交货期、保质期、维修响应时间等内容均详细记录在册。

(2) 评审：开标后，评委会通过阅读投标文件，进行具体的技术性、商务性审核。

A. 符合性审查：对投标单位的资质，投标文件的内容进行商务和技术符合性的审查。投标文件中的数据大、小写不符，以大写为准；单价与总价不符，以单价为准。

B. 技术评审内容：产品的技术指标、主要配置及伴随服务等。

C. 商务评审内容：报价数据计算的正确性、完整性，分析报价构成的合理性，交货期，付款方式等。

#### 四、定标：

定标程序：根据评委会的评审结果，在医院官网对中标候选单位（第一名至第三名）进行不少于三天的公示。公示无异议后，向第一中标候选人发出中标通知，如第一中标候选人自动放弃中标，可从中标候选人中重新确定中标人。

#### 五、合同签订：

湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）与中标公司洽谈合同条款，签订买卖合同。招投标文件是签订合同的依据。

## 第三部分 采购内容及技术要求

一、要求：国内一线品牌。

### 二、技术参数

- 1、测量位置：左、右臂，适用于各种人群，机体设计更方便孕妇、老年人、残疾人及各种行动不便的病人使用；
- 2、可测量手臂周长：18~42 厘米；
- 3、血压显示范围：0~299mmHg；
- 4、血压测量范围：血压 0~290mmHg；
- 5、脉率测量范围：40~180 次/min；
- 6、测量精确：血压精度 $\leq \pm 3\text{mmHg}$ ；脉搏测量精度 $\leq \pm 5\%$ ；
- 7、SD 值：收缩压标准差 $\leq 0.6 \text{ mmHg}$ ；收缩压标准差 $\leq 0.6 \text{ mmHg}$ ；
- 8、加压方式：气泵自动加压；
- 9、打印装置：热敏打印，自动裁纸，可选并打印显示脉搏起伏图表；
- 10、打印功能：多种模式（高速打印，位图打印，图形打印，列表打印，注释打印，条形码打印，二维码打印等）；
- 11、IHB 功能：检测不规则脉波率，不规则脉搏标记；
- 12、打印平均动脉压：可设置是否打印平均动脉压；
- 13、超压保护：压力达到 300mmHg 时，急速排气保护。排气时间不大于 10 秒；
- 14、通信数据传输功能：测量设备具备与上位机通讯功能，且提供设备通讯协议；
- 15、语音播报功能：普通话指导测量；
- 16、★精度保障：提供符合中国高血压指南要求的认证网(<http://www.dableducational.org>)上查询证明材料；
- 17、防盗装置；
- 18、配置清单：主机 1 台、血压计专用桌 1 台、椅子 1 把、袖套布 2 个、手枕 1 个。



## 第四部分 商务要求

- 1、**交货地点：**湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）
- 2、**交货期限：**15 天内到货投入使用，每延迟交货一周罚款合同价 2%，以此类推。（具体条款以合同商务条款为准。）
- 3、**报价要求：**
  - (1) 投标应对产品报单价及总价，人民币报价。
  - (2) 投标价格为包干价：包括了产品的销售价、仓储费、装卸运输费、保险费、利润、税收及各项政策性费用和谈判文件中规定由投标人承担的费用以及投标人可能遇到的为化解风险而付出的费用等；
  - (3) 投标价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则不予核减。投标价中也不得缺漏谈判文件要求的内容，否则将有效投标中该项内容的最高折扣计入其报价；
  - (4) 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应而予以拒绝；
- 4、**技术资料：**

中标商须提供所投产品的样本(或彩页)、质量检验报告等技术资料。
- 5、**货款支付：**产品验收合格后依据发票，一月内向中标方支付 95%货款，质保期内无质量问题，余款 5%在质保期满后后支付（无息）。
- 6、**运输：**
  - (1) 运杂费：已包含在合同总价内,包括从产品供应地点到合同指定交货地点所需的全部运输、保险、仓储、搬运等费用。
  - (2) 运输方式：投标单位自定。
- 7、**质量保证及售后服务要求：**
  - (1) 选用的产品及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常、全面满足谈判要求；
  - (2) 近三年以来有≥三份销售类似产品的业绩（附合同或中标通知书、联系电话）；
  - (3) 供货厂商应在国内及长沙本地有常设专业售后服务机构及售后服务人员，提供相关证明文件，在接到用户对产品有疑问或更换的通知后，保证 2 小时内响应，24 小时解决问题；工作日 8 小时免费电话服务。质保期不低于贰年，质保期内的相关费用（含造成院方或使用者损失的），全部由卖方支付。
- 8、**技术服务：**



技术资料:

- a) 产品合格证
- b) 检验测试报告
- c) 其他资料

#### 9、验收:

(1) 产品到货后,由湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)相关部门根据合同要求对其品牌、规格、型号、数量进行验收。

(2) 验收合格后,办理入库手续,以便结算。